

臨床工学部 医療機器 交換部品 一覧

2022年	機器名	交換部品	回数
2022年1月	シリンジポンプ	バッテリー	1
	Wiz air	電源コード	1
2022年2月	輸液ポンプ	バッテリー	1
	TN500	酸素電池	1
	エアインキュイ	酸素電池	2
2022年3月	輸液ポンプ	バッテリー	6
	シリンジポンプ	バッテリー	1
	コンソール	ファンフィルタ(大)	1
	送信器	電池カバー	1
	Wiz air	バッテリー	3
2022年4月	輸液ポンプ	バッテリー	2
	シリンジポンプ	電源コード	1
		押し子	1
	Wiz air	電源コード	1
2022年5月	ベッドサイドモニタ	バッテリー	1
	輸液ポンプ	バッテリー	6
	シリンジポンプ	バッテリー	1
	送信器	スイッチ部	1
2022年6月		電池カバー	1
	輸液ポンプ	バッテリー	1
	シリンジポンプ	バッテリー	14
2022年7月	輸液ポンプ	バッテリー	6
	FP輸液ポンプ	バッテリー	2
	シリンジポンプ	バッテリー	5
	Bennett840	酸素電池	4
2022年8月	輸液ポンプ	バッテリー	3
	シリンジポンプ	バッテリー	4
	コンソール	SMP入口・出口	1
		脱ガスチャンバ	1
	アイソレット8000	酸素電池	2
	Bennett840	支持アーム	1
2022年9月	ハミルトンT1	バッテリー	1
	輸液ポンプ	バッテリー	3
	シリンジポンプ	バッテリー	3
		ディスプレイ	1
	Wiz air	電源コード	1
	Airvo	フィルター	1
	コンソール	カプラ(青)	1
2022年10月		EF02	7
		オーバーホール	7
	輸液ポンプ	バッテリー	1
	送信器	スイッチ部	1
2022年11月	エアインキュイ	酸素電池	1
	コンソール	EF02	12
	シリンジポンプ	PCAスイッチ	1
	サーボドレイン	接続チューブ	1
	除細動器	バッテリー	2
	エアインキュイ	酸素電池	1
	コンソール	EF02	3
		ポペットバルブ	4
	SMP入口・出口	1	
2022年12月	輸液ポンプ	バッテリー	8
	FP輸液ポンプ	ワンタッチポールクランプ	1
	シリンジポンプ	バッテリー	8
		PCAスイッチ	1
	送信器	スイッチ部	1
	インキュアーチ	酸素電池	1
	エアインキュイ	酸素電池	1
Savina	バッテリー	6	
計			157

※交換部品の内、メーカー修理依頼は除く